

**ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº OC-I/164**

Entidad: ENSATEC, S. L. (Unipersonal)

Dirección: Polígono Lentiscales, Avda. Lentiscales, 4 y 6; 26370 Navarrete (La Rioja)

Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 (CGA-ENAC-OCML) y en el Artículo 58 del R.D. 244/2016.

Título: Control Metrológico del Estado: fase de instrumentos en servicio

Tipo A

<p align="center">REFRACTÓMETROS AUTOMÁTICOS PARA MOSTOS DE UVA (TIPO I Y TIPO II)</p> <p>0 – 30 Brix 0 – 1,401 nD 0 – 18,5 % vol AP</p>	
<p>TIPO DE EVALUACIÓN: Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.</p>	
<p>DOCUMENTO REGLAMENTARIO</p>	<p>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</p>
<p>Orden ITC/3077/2007, de 17 de octubre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la determinación del contenido de azúcar en el mosto de la uva, en el mosto concentrado y en el mosto concentrado rectificado.</p>	
<p align="center">REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y TERMÓMETROS</p> <p>Laboratorio permanente con sonda exterior clases 0,5, 1 y 2 -30 °C a +70 °C</p> <p>In situ clases 0,5, 1 y 2 -30 °C a +70 °C</p>	
<p>TIPO DE EVALUACIÓN: Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.</p>	
<p>DOCUMENTO REGLAMENTARIO</p>	<p>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</p>
<p>ORDEN ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada.</p>	<p>UNE-EN 13486: 2002. Registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos refrigerados, congelados y ultracongelados, y helados. Verificación periódica.</p>

EMPLAZAMIENTOS DESDE LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	DIRECCIÓN	MUNICIPIO - PROVINCIA
La Rioja	Polígono Lentiscales, Avda. Lentiscales, 4 y 6 (Sede Central)	Navarrete – La Rioja